FICHE TECHNIQUE SANIBOX 250ML

Encombrement minimal, Pratique et économique

Le collecteur d'aiguilles SANIBOX mini est destiné au conditionnement et à l'élimination des aiguilles usagées en milieu hospitalier, cliniques, HAD (Hospitalisation à domicile), centres de soins, laboratoires de biologie et de recherche, cabinets médicaux, infirmiers, vétérinaires, dentaires, acuponcture

Obturateur cranté
Fermeture et ouverture automatique grâce au bouton poussoir
Guide d'utilisation imprimé directement sur la boite.



Limite de remplissage imprimé sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	46 gr
Dimension boite	8 x 3.3 x 11 cm
Contenance	250 ml
Capacité Utile	180 ml – environ 200 aiguilles
Conditionnement	Carton de 164 Unités
Dimension carton	60 x 40 x 25 cm
Palette	100 x 120 x 170 cm / 30 cartons / 4920 unités
Poids carton	8 kg
Matière	Polystyrène ½ choc et styrène butadiène (SAN)

AFD Containers Spéciaux – 92 Avenue de la Valloire 38270 BEAUREPAIRE
Tel : 04.74.31.14.15 – contact@afd-cs.com

ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

N° 40091/1 indice 0

Documents de référence *Reference documents*	:	NF EN ISO 23907-1:2019
Fabricant *Manufacturer*	:	MG2P
Type d'emballage *Type of packaging*	:	SANIBOX MINI
Identification *Identification*	:	Voir rapport d'épreuve BVT 40091 indice 0

Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais selon la norme NF EN ISO 23907-1

Packaging identified above succesfully passed tests according to NF EN ISO 23907-1

La conformité des essais à la norme NF EN ISO 23907-1 n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences de la norme

Testing conformity with NF EN ISO 23907-1 normative do not prevent applicant from respecting others requirements of the normative

Fait à RUNGIS, le 17/01/2022
RUNGIS, the

M. DAROLLES
Le responsable de l'organisme agréé
Head of Approved body

Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation
Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation
Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate